



Crestal-Lift-Control


Crestal Approach Sinus Lift System

Crestal-Lift-Control ist ein System für die einfache und sichere Durchführung eines internen Sinuslifts. Die Anhebung der Schneiderschen Membran erfolgt bereits während des transcrestalen Bohrvorgangs. Die besonders atraumatische Konstruktion des Crestal-Bohrers mit seinen vier Schneiden und dem nach innen gewölbten Kopf ermöglicht die sichere Ausformung eines konischen Knochendeckels und lässt sich darüber hinaus ideal zum Ansammeln von Knochenspänen einsetzen. Zusätzlich verhindert das auf die Spezialinstrumente abgestimmte Stopphülsensystem ein Verletzen oder ein Durchbohren der Schneiderschen Membran.

Crestal-Lift-Control enthält ein umfassendes Instrumentarium für die sichere Durchführung des internen Sinuslifts.

Crestal-Lift-Control is a system for the performance of an easy and safe internal sinus lift. The elevation of the Schneiderian membrane occurs during the transcrestal drilling process. The specially atraumatic design of the Crestal Drill with its four cutting edges and concave head allows for a safe forming of a conical bone flap and is more ideally suited for collecting bone chips. Additionally, the stop sleeve system, which is tailored to the special instruments, prevents the membrane from being injured or punctured.

Crestal-Lift-Control provides an extensive range of instruments for the performance of a safe internal sinus lift.



Art.-No. BCL00



© Dr. Dr. Florian Bauer

	Vorkörner (2 Stck.) Initial burs (2 pcs.)	Diamantinstrument Diamond instrument	Lagerfräser Ablative bur	Pilotbohrer Pilot bur	Crestal-Bohrer Crestal drills					
Fig.	186RF	859*	TC21X	CL001	CL002	CL003	CL004	CL005	CL006	CL007
Shank ¹	204	204	205	206	206	206	206	206	206	206
Size ²	018	018	040	020	028	031	033	036	038	041
Length mm	12.0	10.0	14.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*■	1.8	1.8	4.0	2.0	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1

¹ 204=RA, 205=RA L, 206=RA XL² Largest working part diameter in 1/10 mm

▲ Minimaldurchmesser Minimal diameter

*■ Außendurchmesser External diameter

* Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht gewährleistet werden. With the reuse of disposable products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be guaranteed.

	Stopphülsen Stop sleeves										
Fig.	CL008	CL009	CL010	CL011	CL012	CL013	CL014	CL015	CL016	CL017	CL018
Length mm	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
△ max. drilling depth mm	12.0	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0

	Knochenmaterial-Verteiler Bone graft spreaders		CL021
Fig.	CL019	CL020	CL021
Shank ¹	206	206	-
Size ²	020	030	-
Length mm	18.5	18.5	16.0
▲	1.5	1.5	1.4
*■	2.5	3.0	2.3

¹ 206=RA XL² Largest working part diameter in 1/10 mm

▲ Minimaldurchmesser Minimal diameter

*■ Außendurchmesser External diameter